

部門	検査機器	設置場所	保守点検	依頼者が可能な確認方法
放射線科	MRI	MRI室1、MRI室2 計2台	外部点検：2回/年 日常点検：日常点検表にて毎日記録	外部点検記録の閲覧 日常点検表の閲覧
	X線	一般撮影室、ドック、救急 計6台	外部点検：1回/年 日常点検：日常点検表にて毎日記録	外部点検記録の閲覧 日常点検表の閲覧
	血管撮影装置	心カテ室、頭腹部アンギオ 室、IVR-CT室 計3台	外部点検：2回/年 日常点検：日常点検表にて毎日記録	外部点検記録の閲覧 日常点検表の閲覧
	CT	救急1台、IVR-CT室1台 CT室2台、放射線治療1台	外部点検：4回/年 日常点検：日常点検表にて毎日記録	外部点検記録の閲覧 日常点検表の閲覧
検査部	超音波診断装置	心臓超音波室 4台	ISO15189取得、(2027年1月末まで有効) 日常点検：保守点検表に基づき、毎日記録 外部点検：1回/年 機器間差確認記録：1回/年	保守点検表の閲覧 機材修理・作業完了報告の閲覧 機器間差記録の閲覧
		腹部等超音波室 5台	日常点検：保守点検表に基づき、毎日記録 機器間差確認記録：1年に1回 外部点検：2年に1回	保守点検表の閲覧 機器間差記録の閲覧 機材修理・作業完了報告の閲覧
	ABR機器	脳波室 1台	日常点検：保守点検表に基づき、使用時記録 外部点検：随時	保守点検表の閲覧 機材修理・作業完了報告の閲覧
	心電計	心電図室 4台	ISO取得。(2027年1月末まで有効) 外部点検：2年に1回 日常点検：毎日 心電図検査 技術間差管理記録：年1回 心電計 機器間差確認記録：年1回 校正波確認：年1回	機材修理・作業完了報告書の閲覧 心電計 ECG-2550・2450 保守点検表の閲覧 心電図検査 技術間差管理記録の閲覧 心電計 機器間差確認記録の閲覧 心電図検査 校正波確認表の閲覧
	遠心分離器	検体処理室 4台	外部点検：なし 日常点検：目視で異常を点検。ハンディタコメ ターで年1回チェック	機材校正記録表の閲覧
	冷却遠心分離器	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：目視で異常を点検。ハンディタコメ ターで年1回チェック	機材校正記録表の閲覧
	ESR(赤沈)	検体処理室	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、記録 日々のコントロール測定表あり	精度管理記録の閲覧
	冷蔵庫 (外付け温度計)	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、毎日記録	日常点検表の閲覧
	冷凍庫 (外付け温度計)	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、毎日記録	日常点検表の閲覧
	ディープフリーザー (温度計内臓)	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、毎日記録	日常点検表の閲覧
診療部門	内視鏡(上部)	消化器センター	外部点検：2回/年 結果は師長保管	外部点検記録の閲覧
	内視鏡(下部)	消化器センター	外部点検：2回/年 結果は師長保管	外部点検記録の閲覧
	身長計	1階 化学療法室 2階 消化器診察室	手動のため該当しない	
	体重計	1階 各診察室・化学療法室 2階 消化器診察室	外部点検：京都府計量協会 1回/2年 日常点検：作動確認 記録なし	
	自動血圧計	1階 内科・外科待合室 2階 消化器待合室	外部点検：なし 日常点検：始業点検 使用時の記録あり(CRC)	使用時記録表の閲覧
薬剤部	治験薬保管庫(室温)	地下 薬剤部 2階 治験管理室	日常点検：休日を除く毎日 温度計の外部点検なし	日常点検表の閲覧
	治験薬保管庫(常温)		恒温槽貸与希望	
	治験薬冷蔵庫		冷蔵庫貸与希望	
	体温計	治験管理室	外部点検：なし 日常点検：作動確認 使用時の記録あり(CRC)	使用時記録表の閲覧
	パルスオキシメーター	治験管理室	外部点検：なし 日常点検：使用時の記録あり(CRC)	使用時記録表の閲覧